

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 126/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0669/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - MT

OBJETO: Aquisição de Moveis e Equipamentos para Laboratório e Hospitalares.

Item	Especificação	Quant.	Und.	Valor Unit.
01	<p>DESFIBRILADOR CONVENCIONAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DIMENSÕES COM PÁS:44,5 CM (LARGURA); 24,5 CM (PROFUNDIDADE); 20,0 CM (ALTURA), ➤ PESO: APARELHO - 3,90 KG, PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. ➤ BATERIA INTERNA: TIPO: NIMH, 14,4 VDC 4 A/H. ➤ DURAÇÃO: BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES COM CARGA PLENA - MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 8 HORAS. ➤ ARMAZENAMENTO DA BATERIA: ➤ CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE. TIPO CF. ➤ MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO FREQUENTE. <p>ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TEMPERATURA: OPERACIONAL - 0 A 50°C. ARMAZENAMENTO - 0 A 70°C. UMIDADE: OPERACIONAL - 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. ARMAZENAMENTO - 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. <p>DESFIBRILADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: ESCALAS - 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. ➤ FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. ➤ APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS (ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. ➤ COMANDOS: TECLAS DE COMANDO: CARGA, 	01	Un.	R\$ 9.800,00

	<p>APLICA, ANULA E SINCRONISMO, OPERANDO NA SEQUÊNCIA PADRÃO “1 – 2 – 3”, LOCALIZADAS NO PAINEL SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CHAVE SELETORA: PERMITE LIGAR/ DESLIGAR O APARELHO, ASSIM COMO SELECIONAR AS ESCALAS DE ENERGIA E ACIONAR O MODO DE TESTE FUNCIONAL. ➤ COMANDO DE CARGA: BOTÃO CARGA NO PAINEL FRONTAL. BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. ➤ COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO APLICA NO PAINEL FRONTAL. BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. ➤ COMANDO DE ANULA: BOTÃO ANULA NO PAINEL FRONTAL. ➤ COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. ➤ INDICADORES DE CARGA: SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. ➤ TEMPO MÁXIMO DE CARGA: REDE E BATERIA <6S. ➤ TAMANHO DOS ELETRODOS: ADULTO: 10,3 CM X 8,5 CM. (ÁREA DE CONTATO: 81,9 CM²). INFANTIL: 4,5 CM X 4,0 CM. (ÁREA DE CONTATO: 18 CM²). ➤ CARDIOVERSÃO:<60MS. ➤ PÁS (OPÇÕES): ADULTO E INFANTIL EXTERNAS (INCLUSAS). ADULTO E INFANTIL INTERNAS: (OPCIONAIS). ➤ TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: 2000 V. ➤ CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA: 80 A (25 OHMS). <p>DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA: SIM. ➤ TAMANHO: 99 MM X 19 MM. ➤ TIPO: LCD ALFANUMÉRICO. <p>MARCA/MODELO: INSTRAMED</p>			
--	---	--	--	--

Valor R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

Não havendo nada que possa desabonar este processo licitatório, realizado sob o império da lei 8.666/93, com as alterações subsequentes e § 1º, artigo 8º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, com redação dada pelo Decreto nº 4.343 de 23/08/2002, estando os preços de acordo com o mercado, HOMOLOGO o presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Fornecedor Registrado Ata nº. 004/2017 – INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ-90.909.631/0001-10, Tel/Fax (51) 3073-8200, Endereço: Sito Beco José Paris, nº. 339, Bairro: Pavilhão 19, CEP: 91.140-310, Porto Alegre – RS.

Santo Antônio do Leste - MT, 12 de Julho de 2017.

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA

- Prefeito Municipal-