



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

AVISO DE 2º RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2019

O Município de Santo Antônio do Leste, através do seu Pregoeiro, designado pela portaria nº 389/2019 de 23 de agosto de 2019, torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações subsequentes a **RETIFICAÇÃO** de processo licitatório, **Pregão Eletrônico para aquisição de 01 (um) analisador bioquímico para o laboratório municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

DAS ALTERAÇÕES: Fica alterado a descrição do item no termo de referência.

ONDE SE LIA: ANALISADOR BIOQUÍMICO - SISTEMA AUTOMÁTICO PARA BIOQUÍMICA, ABERTO E DE FLEXIBILIDADE TOTAL, QUE POSSIBILITE O USO DE REAGENTES QUÍMICOS CLÍNICOS. APARELHO PARA DOSAGENS DE BIOQUÍMICA MULTICANAL DO TIPO PONTO FINAL, TURBIDIMETRIA E CINÉTICA, COM PROCEDIMENTOS AUTOMÁTICOS DE PIPETAGEM DE REAGENTES, PADRÕES, CALIBRADORES, AMOSTRAS, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA E SISTEMA DE LAVAGEM ENTRE AMOSTRAS PARA EVITAR CARREAMENTO. PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TUBOS PRIMÁRIOS DE 3,5 E 7 ML E TAMBÉM O USO DE CUBETAS PARA O CASO DE AMOSTRAS PEDIÁTRICAS OU DE MENOR VOLUME. DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO APARELHO O MÍNIMO DE 1000 CUBETAS. APARELHO COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 200 TESTES/HORA (SEM ISE). ACOMPANHADO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RESULTADOS. O APARELHO DEVERÁ SER PROGRAMÁVEL PARA CÁLCULOS DE CURVA DE CALIBRAÇÃO E FATORES PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO PRÓPRIO APARELHO. ESTAÇÃO DE LAVAGEM COMPOSTA, NO MÍNIMO, POR COMPARTIMENTO PARA ÁGUA DESTILADA E PARA ESGOTOS. CAPACIDADE DE TRABALHAR COM BANDEJA DE REAGENTE EM MODO BIRREAGENTE OU MAIS REAGENTES. FUNÇÃO AMOSTRA DE URGÊNCIA. SENSOR DE NÍVEL DE REAGENTES E AMOSTRAS. CUBETAS DE REAÇÃO CONFECCIONADAS EM QUARTZO, PLÁSTICO COMPATÍVEL OU VIDRO, SENDO QUE, CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO SEJA COM CUBETAS DE PLÁSTICO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM O EQUIPAMENTO UM JOGO COMPLETO DE CUBETAS DE REAÇÃO SOBRESSALENTE. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA OU A PEDIDO DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ANORMAIS. DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ACIMA DA LINEARIDADE. CONTROLE DE QUALIDADE COM REGRAS DE WESTGARD E GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS. ACOMPANHADO DE COMPUTADOR COM MONITOR, EXTERNO, OU PC EMBUTIDO COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS COMPATÍVEL COM PROGRAMAS DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL. CASO O EQUIPAMENTO NÃO POSSUA PROCESSADOR EMBUTIDO, A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER O PROCESSADOR E O MONITOR COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. ACOMPANHA NOBREAK, COM, NO MÍNIMO 2 KVA OU COMPATÍVEL COM O APARELHO, COM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO E LEITURA POR CÓDIGO DE BARRAS. INSTALAÇÃO PELA CONTRATADA, INCLUINDO REAGENTES SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO OS PRIMEIROS 240 TESTES (GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRETO, TRIGLICERÍDEOS, UREIA, CREATININA, TGO, TGP, CK TOTAL, CK MB, BILIRRUBINA DIRETA, BILIRRUBINA TOTAL, AMILASE, FOSFATASE ALCALINA, ÁCIDO ÚRICO. ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 BIVOLT, REGISTRO DA ANVISA. **GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO**

AGORA SE LÊ: ANALISADOR BIOQUÍMICO - SISTEMA AUTOMÁTICO PARA BIOQUÍMICA, DE FLEXIBILIDADE TOTAL, QUE POSSIBILITE O USO DE REAGENTES QUÍMICOS CLÍNICOS. APARELHO PARA DOSAGENS DE BIOQUÍMICA MULTICANAL DO TIPO PONTO FINAL, TURBIDIMETRIA E CINÉTICA, COM PROCEDIMENTOS AUTOMÁTICOS DE PIPETAGEM DE REAGENTES, PADRÕES, CALIBRADORES, AMOSTRAS, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA E SISTEMA DE LAVAGEM ENTRE AMOSTRAS PARA EVITAR CARREAMENTO. PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TUBOS PRIMÁRIOS DE 3,5 E 7 ML, CUBETAS E MICRÓCUBETAS PARA O CASO DE AMOSTRAS PEDIÁTRICAS OU DE MENOR VOLUME. DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO APARELHO O MÍNIMO DE 1000 CUBETAS PARA REAÇÃO OU QUE POSSIBILITEM O MÍNIMO DE 1000 REAÇÕES. SENDO DESCARTÁVEIS OU NÃO. APARELHO COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 60 TESTES/HORA (SEM ISE). ACOMPANHADO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RESULTADOS. O APARELHO DEVERÁ SER PROGRAMÁVEL PARA CÁLCULOS DE CURVA DE CALIBRAÇÃO E FATORES PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO PRÓPRIO APARELHO. ESTAÇÃO DE LAVAGEM COMPOSTA, NO MÍNIMO, POR COMPARTIMENTO PARA ÁGUA DESTILADA E PARA ESGOTOS. CAPACIDADE

e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

DE TRABALHAR COM BANDEJA DE REAGENTE EM MODO BIRREAGENTE OU MAIS REAGENTES. FUNÇÃO AMOSTRA DE URGÊNCIA. SENSOR DE NÍVEL DE REAGENTES E AMOSTRAS. CUBETAS DE REAÇÃO CONFECCIONADAS EM QUARTZO, PLÁSTICO COMPATÍVEL OU VIDRO, SENDO QUE, CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO SEJA COM CUBETAS DE PLÁSTICO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER ENVIADO JUNTO COM O EQUIPAMENTO UM JOGO COMPLETO DE CUBETAS DE REAÇÃO SOBRESSALENTE. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA OU A PEDIDO DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ANORMAIS. DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS COM RESULTADOS ACIMA DA LINEARIDADE. CONTROLE DE QUALIDADE COM REGRAS DE WESTGARD E GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS. ACOMPANHADO DE COMPUTADOR COM MONITOR, EXTERNO, OU PC EMBUTIDO COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS COMPATÍVEL COM PROGRAMAS DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL. CASO O EQUIPAMENTO NÃO POSSUA PROCESSADOR EMBUTIDO, A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER O PROCESSADOR E O MONITOR COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. ACOMPANHA NOBREAK, COM, NO MÍNIMO 2 KVA OU COMPATÍVEL COM O APARELHO, COM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO E LEITURA POR CÓDIGO DE BARRAS. INSTALAÇÃO PELA CONTRATADA, INCLUINDO REAGENTES SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO OS PRIMEIROS 240 TESTES (GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRETO, TRIGLICERÍDEOS, UREIA, CREATININA, TGO, TGP, CK TOTAL, CK MB, BILIRRUBINA DIRETA, BILIRRUBINA TOTAL, AMILASE, FOSFATASE ALCALINA, ÁCIDO ÚRICO. ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 BIVOLT, REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

OBS: Caso alguma empresa já tenha cadastrado proposta no portal da BLL, após a retificação deverá ser cadastrada novamente.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Á Partir do dia 16/09/2019.**

DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: **Á partir do dia 26/09/2019 às 17:00 horas.**
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: **Dia 27 de setembro de 2019, às 14:30 horas.**
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **Dia 27 de setembro de 2019, às 15:00 horas.**
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se

disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores Informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, situado à Rua A, nº 367, Jardim Santa Inês – Santo Antônio do Leste–MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 horas e no período da tarde das 13:00 h as 17:00 horas, pelo Telefone/Fax: (0xx) 66-3488-1080/1292 ou e-mail:

licitacao@santoantoniiodoleste.mt.gov.br.

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Santo Antônio do Leste/MT, 16 de setembro de 2019.



e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br