

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE  
SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020**  
Processo Administrativo Nº 101/2020  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ERIKS MATOS DA SILVA  
Data de Publicação: 18/11/2020 13:22:23

---

TOTAL DO PROCESSO: **221.000,00**

---

<b>KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>	<b>71.256.283/0001-85</b>	<b>221.000,00</b>
---	---------------------------	-------------------

---

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 039	221.000,00	<b>Total: 221.000,00</b>
---------------	-----------	----------	------------	--------------------------

---

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: KONICA MINOLTA	Modelo: AltusDR
---------	---------------	-----------------------	-----------------

Descrição: APARELHO DE RAIOS X DIGITAL - DO TIPO CONJUNTO RADIOLOGICO DE 150KV/ 50KW. TENSAO DE ALIMENTACAO 220VAC OU 380VAC , TRIFASICO AC / 60HZ, COM FAIXA DE KV DE 40KV A 150KV, COM PASSO DE AJUSTE DE KV DE 1KV (0,5KV OPCIONAL), COM FAIXA DE MA DE 50 A 630MA ; FAIXA DE MAS DE 0,250 A 500 MAS , TEMPO DE EXPOSICAO 0,004 A 6,30S; TIPO DE GERACAO MULTIPULSO (ALTA FREQUENCIA); MAXIMA CORRENTE DE 630MA; MAIOR POTENCIA DE SAIDA DE 50 KW. TUBO DE RAIOS X DE 150KV COM ANODO GIRATORIO; POTENCIA NOMINAL DO ANODO 24/50 KW (FOCO FINO E GROSSO RESPECTIVAMENTE) ; MESA TIPO TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSOES MINIMAS DE 90 X 218 CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO DE ±70CM; DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DO TAMPO DE ±16CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO BUCKY MESA DE 57CM; DISPOSITIVO CENTRALIZADOR CHASSI BUCKY MESA, TAMANHO MAXIMO DO CHASSI 43 X 43 CM , FREIOS DO MOVIMENTO DO TAMPO ATRAVES DE PEDAL ELETROMAGNETICO, FREIO DO BUCKY MESA ELETROMAGNETICO, PESO SUPORTADO MESA MINIMO DE 180KG, GRADE MESA FIXA DE 152 LINHAS

Quantidade: 1

**Valor Unit.: 221.000,00**

Total Item: 221.000,00

---

**PREGOEIRO:** ERIKS MATOS DA SILVA